



## ANBEFALING PÅ UTSTYR TIL MIKROBIOLOGISK EGENKONTROLL

Bransjestandarden «Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner» kapittel 7.6 angir krav til ukentlig mikrobiologisk kontroll av vann fra siste skyllekammer, pressemembran og fuktig institusjonstøy etter vask ved bruk av vaskerør. Dersom et kontrollpunkt viser funn utenfor tiltaksverdi skal det utføres ukentlig mikrobiologisk kontroll av minimum 10 stk. pakket institusjonstøy inntil kontrollpunktet viser verdier innenfor tiltaksverdien. Dette gjelder også kontrollpunkter i henhold til bransjestandardens kapittel 9.5.

I bransjestandarden «Hygienekrav for vaskerier som behandler næringsmiddeltøy» er det tilsvarende krav.

Følgende utstyr anbefales til mikrobiologisk kontroll:

### OVERFLATEKONTROLL

Kontroll av pakket tøy, fuktig tøy, pressemembran, transportvogn, lagerhyller, arbeidsbenker ol.

- RidaCount Total / Neofilm Total
- Saltvannsampuller 1 ml
- Inkubator mini

Noen vaskerier som behandler næringsmiddeltøy kan få krav til kontroll av E.coli:

- RidaCount E.coli / Neofilm E.coli

Utstyr bestilles gjennom LABOLYTIC. Se kontaktinfo og prisliste for våre medlemsvaskerier [her](#).

### VANNKONTROLL

Kontroll av vann fra siste skyllekammer, vann i friskvannstank, nettvann ol.

- Petrifilm Aqua (2x50 stk./eske)
- Engangspipetter 1ml/3,5ml (42 stk./pose)

Noen bør også ha Petrifilmsvaber (100 stk/kartong) eller steril flaske til prøvetaking av vann der det er vanskelig å få tatt ut prøve direkte med engangspipette.

Utstyr kan bestilles gjennom Bokken ([petter@bokken.no](mailto:petter@bokken.no)) eller gjennom 3M Norge på tlf.06384.

Også for vannkontrollen er det behov for inkubator mini. Denne bestilles gjennom LABOLYTIC. Se kontaktinfo og prisliste for våre medlemsvaskerier [her](#).

### LAGRING AV UTSTYR

Vær oppmerksom på at RidaCount Total (Neofilm Total), RidaCount E.coli (Neofilm E.coli), Petrifilm Aqua, saltvannsampuller og Petrifilm svaber må lagres i kjøleskap. Ved åpnet emballasje på RidaCount (Neofilm) Total/E.coli og Petrifilm Aqua må pakken tapes igjen, evt. lagres i lukket beholder i kjøleskap.

## **OPPLÆRING**

Vi anbefaler at vaskeriet får opplæring i bruk av utstyret av NVK eller andre med kompetanse innen mikrobiologisk kontroll før man starter mikrobiologisk egenkontroll. Ved feil bruk av utstyret vil man også risikere feil resultat og dermed utføre tiltak uten at det er grunnlag for det.

Ta kontakt om det er spørsmål til mikrobiologisk egenkontroll.

Med vennlig hilsen

Jan Tore H. Gunnarsen  
Daglig leder  
Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn

Tlf: 478 51 151

E-post: [jan@vaskeritilsynet.no](mailto:jan@vaskeritilsynet.no)